Dąbrowa Górnicza, 23.09.2026 r.

ODP nr 2

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczące zapytania ofertowego nr 7/2026/FEnIKS

W związku z pytaniem otrzymanym od jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczącymi zapisów wzoru umowy stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego nr 7/2026/FEnIKS, Zamawiający przedstawia poniższe wyjaśnienie oraz wprowadza odpowiednie zmiany do wzoru umowy.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza aparat, którego prędkość PRF w Dopplerze kolorowym wynosi maks. 3,5m/s?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza aparat, dla którego zakres prędkości w Dopplerze kolorowym wynosi minimum 3,5 m/s. W związku z powyższym parametr nr 11 zostaje odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w głowicę Convex o polu widzenia maks. 90 stopni?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza głowicę convex spełniającą pozostałe wymagania określone w parametrze nr 18, o polu widzenia wynoszącym minimum 90°.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści aparat ultrasonograficznym z dyskiem SSD na system o pojemności 256GB oraz dodatkowy dysk 2TB w technologii hybrydowej tylko i wyłącznie na dane pacjenta co nie obciąża systemu operacyjnego?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie obejmujące dysk SSD o pojemności minimum 256 GB przeznaczony na system oraz dodatkowy dysk o pojemności minimum 2 TB przeznaczony na dane pacjentów, wykonany w technologii hybrydowej, pod warunkiem zachowania wszystkich pozostałych funkcjonalności określonych w parametrze nr 21, w tym możliwości eksportu danych, nagrywania czasu rzeczywistego oraz pamięci CINE min. 70 000 obrazów.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 6 ust. 1 wzoru umowy i wprowadzenie następujących warunków płatności:

- **20% wartości brutto w formie przedpłaty – płatne najpóźniej do 2 dni przed planowaną dostawą urządzenia, na podstawie doręczonej Zamawiającemu faktury pro-forma,**
- **80% wartości brutto – płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT?**

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia § 6 ust. 1 wzoru umowy dotyczące warunków płatności.

Agata Domagała

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Agata Domagała
Data: 2026.09.23 20:15:11 CEST